



Warszawa, dnia 25.02.2015 r.

TA/ZP-7/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

Stanowisko ma mieć 7 m, a drabina max 12 m .To jak badać?

Wymagane jest, by Stanowisko umożliwiała wykonywanie badań zgodnie z zapisami SIWZ.

Waga laboratoryjna 150 kg. Co ważymy i do czego podłączamy?

Waga jest wyposażeniem stanowiska, służącym do ważenia badanych drabin. Nie wymagane jest podłączenie wagi do stanowiska.

Mamy kupić drabiny. Jakiej firmy?

Zgodnie z zapisami SIWZ odbiór stanowiska odbywa się przez przeprowadzenie wszystkich badań przewidzianych w normie, a drabiny potrzebne do wykonania tych badań zapewnia Wykonawca. Zamawiający nie jest uprawniony do określenia producenta drabin.

Czy siłownik elektryczny To jest to samo co układ serwo, śruba pociągowa [bezluzowa] i napęd. Układ taki idealny do programowania.

Zamawiający przez siłownik elektryczny rozumie liniowy silnik elektryczny.

Czy Zamawiający dopuszcza wpłacenie zaliczki?

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.