



Warszawa, dnia 6.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę osuszaczy powietrza (2 szt.)

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. (22) 623-46-20

e-mail: dogrz@ciop.pl

adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 14 września 2015 r.

3. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapłaci fakturę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu urządzenia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania dwóch fabrycznie nowych osuszaczy powietrza w budynku laboratoryjnym pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz przeprowadzenie instruktażu użytkownika ww. osuszaczy dla pięciu pracowników Zamawiającego (łącznie 1 godzina instruktażu).

Podane poniżej parametry i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot o wyższych parametrach technicznych, lecz nie gorszych, od wymaganych przez Zamawiającego.

LP.	Minimalne podstawowe wymagania dla obydwu osuszaczy powietrza
1	Wymaga się, by osuszacz powietrza umożliwiał osuszanie przepływającego przez niego powietrza i składał się z : – części głównej z czynnikiem suszącym



	<ul style="list-style-type: none">– króćca wlotowego i wylotowego powietrza– pułapki wilgoci zamontowanej na wlocie w celu usuwania zgrubnych kropeł wody
2	<p>Wymaga się by króćce: wlotowy i wylotowy osuszacza powietrza umożliwiały podłączenie przewodów poprzez wymienne złączki w systemie calowym (minimum złączka 1/2 ") oraz w systemie metrycznym (minimum złączka 8mm). Wymaga się, aby wymienione złączki zostały dostarczone przez Wykonawcę.</p>
3	<p>Wymaga się, by pułapka wilgoci osuszacza powietrza:</p> <ul style="list-style-type: none">– usuwała zgrubne cząstki wody– posiadała zawór spustowy umożliwiający usunięcie wychwyconej wody
4	<p>Wymaga się, by część główna z czynnikiem suszącym osuszacza powietrza składała się z dwóch cylindrów:</p> <ul style="list-style-type: none">– cylindra wewnętrznego umożliwiającego dyfuzję wody– cylindra zewnętrznego ze szkła akrylowego <p>Wymaga się, by przestrzeń między cylindrami była wypełniona czynnikiem suszącym w postaci żelu krzemionkowego</p>
5	<p>Wymaga się, by czynnik suszący osuszacza powietrza zawierał wskaźnik informujący o konieczności regeneracji (np. poprzez zmianę zabarwienia)</p> <p>Wymaga się, by regeneracja czynnika suszącego była możliwa poprzez wypiekanie w temperaturze do 120°C.</p>
6	<p>Wymaga się, by osuszacz powietrza:</p> <ul style="list-style-type: none">– działał na zasadzie osuszania dyfuzyjnego– w którym czynnik suszący nie ma styczności z osuszonym powietrzem– umożliwiał podłączenie aerozolu o ciśnieniu nieprzekraczającym 400kPa– umożliwiał osuszanie strumienia objętości co najmniej do 4 dm³/min– zapewniał wilgotność względną powietrza na wyjściu nie większą niż 20% (przy założeniu, że na wlocie wilgotność względna wynosi maksymalnie 60%)– ciężar osuszacza nie być większy niż 5 kg.

II Warunki dodatkowe

- W cenie zawarte będą wszystkie koszty zamówienia: dostawy do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz udzielenia gwarancji na okres minimum 12 miesiące,
- Wymagana instrukcja obsługi w formie papierowej lub elektronicznej na dowolnym nośniku.



5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w terminie od dnia podpisania umowy do 14 września 2015 r.

6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA OSUSZACZE POWIETRZA” do dnia 10.08.2015 r. do godziny **14:00**. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie oferty otrzymane po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z wybranym wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę.

Ip.	Kryterium zasadnicze	Opis	Waga – udział w ocenie
1	Cena	Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	100

9. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznane liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100$$



10. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy